



Managua 10 de julio del 2019

Estimados

Sres. Potenciales Oferentes

Por este medio notifico respuestas a aclaraciones concernientes a la Licitación Pública No. 02/Programa_BOVINOS/DISAAN/IPSA/2019 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REPOSICIÓN PARA TOMA DE MUESTRAS EN CAMPO" la cual será financiada en el marco del programa BOVINOS, conforme el siguiente detalle:

CONSULTAS

1. Descripción de los ítems, especificar.
2. Ítem no. 17 Estuche para bisturí cuantas piezas especificar.
3. Ítem No. 11 Bisturí de acero inoxidable, ampliar bisturí acero carbón.
4. Ítem no. 17 todas las medidas son estándar de 14 cm.
5. Ítems 3,4,5,6, especificar medida de la aguja.
6. La balanza no especifica la sensibilidad, cuantos dígitos o decimales, plataforma, si es de canasta, aplica las opciones a recargables, baterías de litios, baterías recargables.

RESPUESTAS

1. Las especificaciones de los ítems a adquirir se encuentran descritos en la página N° 43 del Pliego de Bases y Condiciones (Formulario de Presentación de Oferta).
2. Ítem N° 17 (Estuche para cirugía menor), 14 piezas mínimo.
3. Ítem N° 11 (Hoja para Bisturí N° 24): Elaboradas en acero inoxidable o acero al carbón.
4. Ítem N° 17 (Estuche para cirugía menor), cada pieza tamaño de 14 cm Mínimo (medidas superiores son aceptables).
5. Ítem N° 3 (Jeringas 3 cc) con aguja incorporada medida 21 G x 1 1/2"
Ítem N° 4 (Jeringas 5 cc) con aguja incorporada medida 21 G x 1 1/2"
Ítem N° 5 (Jeringas 10 cc) con aguja incorporada medida 21 G x 1 1/2"
Ítem N° 6 (Jeringas 20 cc) con aguja incorporada medida 16 G x 1 1/2"
6. Ítem N° 33 (Balanza Digital colgante), Capacidad 40kg/88 lb, 4 dígitos, decimales: lb (0.00), kg (0.000), onz (0.0), se aceptan baterías recargables o de litio.

No omito manifestarles que esta **MODIFICACIÓN SIMPLE N° 1** se realiza con la finalidad de fomentar, la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de potenciales oferentes.


Lic. Ana Silvia Castro
 Responsable de Adquisiciones IPSA
 Cc. Expediente

