

Managua 15 de junio del 2020

Estimados

Sres. Potenciales Oferentes

Por este medio notifico respuestas a aclaraciones concernientes a la Licitación Pública N° 04/Programa_BOVINOS/LABORATORIOS/IPSA/2020 SISCAE No. 09/2020 "ADQUIRIR KIT DE REACTIVOS Y ANTÍGENO PARA DIAGNÓSTICOS DE ENFERMEDADES" cual será financiada en el marco del programa BOVINOS, conforme el siguiente detalle:

CONSULTAS

1. Solicitamos se amplíe el tiempo de entrega en 16 semanas debido a que los bienes serán importados y por la situación actual el transporte mundial está atrasado.

R= Se amplía el tiempo de entrega máximo 16 semanas.

2. Solicitamos que nos confirmen si el pago será en dólares en caso de los bienes a importarse.

R= El pago será realizado en córdobas de conformidad a lo establecido en las IAO 42.1 del pliego de bases y condiciones.

3. Solicitamos se autorice un anticipo del 30% para lo cual presentaremos una garantía de anticipo por el monto a recibir.

R= No se autoriza anticipo de conformidad a lo establecido en las IAO 42.1 del pliego de bases y condiciones.

4. En la página 41, al final del listado indica lo siguiente: Fecha de vencimiento de los reactivos: no menor a 12 meses, Mientras que dentro de la casilla #30 del kit Idexx Brucelosis Milk aparece 18 meses, Mientras que dentro de la casilla #25 del kit AGID Leucosis Bovina aparece mínimo 12 meses.


R= La fecha de vencimiento no menor a 11 meses, con la excepción de los ítems del 26 al 29 que tienen vencimiento mínimo de 18 meses

5. ¿Cuál es la condición específica con las fechas de vencimiento de los kit al momento de entregar?

R= Fecha de vencimiento de los reactivos es no menor a 11 meses, con excepciones de los ítems del 26 al 29 que tienen vencimiento mínimo de 18 meses.

6. Casilla # 30 Brucelosis MILK, cantidad de muestras (960 Vs. 920), Los kits se componen de 10 placas de 96 pocillos, lo que hace un total de 960 pocillo. En cada placa se deben correr 2 controles positivos y 2 controles negativo en su máximo rendimiento, lo que hace un total de 40 pocillos usados para controles, quedando 920 pocillos para pruebas, ¿Incluyen ustedes los pocillos para los controles?

[Handwritten signature and stamp of the Director Specific of the National Institute of Technical Agricultural Information]



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional
El Pueblo, Presidente!



Cooperación
Española



R= Se describe la unidad de medida de kit de 960 reacciones en 10 placas de tiras como mínimo.

7. En la casilla #6 están solicitando el ID Screen Paratuberculosis Indirecto Screening Test de la marca ID-Vet, ¿nosotros podemos ofertar el kit de Idexx?

R= Si se puede ofertar el Kit de IDEXX, el proveedor puede ofertar marca que desee según su disponibilidad siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas.

8. En el caso del Ítem #25, solicitan KIT AGID Bovine Leucosis virus Antybody (240)/ confirmación, pero en la unidad de medida detallan KIT de 5 tiras como mínimo. Se mezclan dos datos que refieren a pruebas distintas.

R= Unidad de medida Kit de 240 reacciones que contenga sus controles y el gel de agarosa.

9. Nosotros ofertamos inicialmente un kit ELISA de 5 tiras, ya que el kit AGID esta discontinuado y ya no se fabrica más, ¿Desearían que se ofertara el Kit ELISA de Leucosis de IDEXX?

R= Se mantiene lo solicitado lo solicitado KIT AGID Bovine Leucosis virus Antybody (240)/ confirmación, debe contenga sus controles y el gel de agarosa. Vida útil no menor a 11 meses, debido que se utilizará para la técnica de inmunodifusión.

Se amplía el plazo para la recepción de ofertas para el día 01/07/2020, No omito manifestarles que esta **PRIMERA MODIFICACIÓN SUSTANCIAL**, se realiza con la finalidad de fomentar, la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de potenciales oferentes.



Lic. Ana Silvia Castro

Responsable de Adquisiciones IPSA
Cc. Expediente