



Managua 10 de enero del 2020

Estimados

Sres. Potenciales Oferentes

Por este medio notifico respuestas a aclaraciones concernientes a la LICITACION PÚBLICA N° 05/Programa_BOVINOS/Laboratorios/IPSA/2019 SISCAE N° 006/2019 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO REGIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO EN JUIGALPA" la cual será financiada en el marco del programa BOVINOS, conforme el siguiente detalle:

CONSULTAS

1. El precio base que se describe en cuadro detalle página 8 del pliego de base refiere al monto sin IVA de la unidad de cada ítem o bien al total de unidades de cada ítems.
R= El precio base que se describe en el cuadro detalle de la página 08 del pliego, se refiere al total de unidades de cada ítem, cualquier ítem que sobrepase el precio base estipulado en el PBC será rechazado.
2. En inciso (3), página 9 del pliego de base textualmente dice: "Los bienes objeto de esta licitación deberán ser entregados en Oficinas Centrales del IPSA, que sita en el Km 6 Carretera Norte, paso a desnivel Portezuelo 100 mts al este sobre la marginal, 100 mts. al sur Contiguo a Enacal Portezuelo, Managua, Tiempo de entrega máximo para todos los ítems: 10 semanas, contados a partir de la notificación de la orden de compra y firma de contrato". Y cuadro 1. Lista de Bienes y Plan de entrega, Página 51 del pliego de Base dice textualmente: "La entrega será en el Laboratorio de Juigalpa de Diagnostico Veterinario y de Microbiología de Alimentos, mismo que se ubica en Juigalpa, Departamento de Chontales, Kilometro 143 carretera Managua – Rama, contiguo a ASOGACHO". Favor aclarar a cuál de los dos lugares se hará la entrega respectiva de bienes.
R= Los equipos deberán de ser entregados en el Laboratorio de Juigalpa de Diagnostico Veterinario y de Microbiología de Alimentos, mismo que se ubica en Juigalpa, Departamento de Chontales, Kilometro 143 carretera Managua – Rama, contiguo a ASOGACHO
3. Ítems 18, "Masa patrón (para calibrar las balanzas)" columna solicitadas indican "233.56", favor aclarar cantidad requerida para este ítem, así como también el tipo de calibración requerida.
R= Se requiere un juego de pesas con masas de 1h hasta 1kg tipoM2
4. Item 7 Baño Maria en preparación de medios de cultivos baño Maria 48-50°C de 44.5°C y 45.5°C, requerimos la capacidad del equipo.
R= Capacidad mínima que se requiere es de 20 litros.
5. Item 17 Lector de temperatura de muestra en el área de recepción de muestra, requerimos la aceptación del rango -60° a 550°C



R= Se acepta ampliación de Rango dado que esto no afecta la lectura de las muestras.

6. Ítem 18 Masa de patrón (para calibrar las balanzas) Indicar la clase de masa y la cantidad exacta requerida del ítem.

R=Se requiere un juego de masas patrón como mínimo clase M2 Según OIML

7. Ítem 19 Mezclado vortex, requerimos se acepta la capacidad de hasta 3000rpm

R=Se acepta ampliación de rango.

8. Ítem 4: ¿Horno de secado para material estéril: a que se refiere con Estructura externa en Acero CR?

R=El acero 3CR12 es un sustituto de acero inoxidable para proveer resistencia contra corrosión/desgaste, pero también puede ofertar horno de secado de acero inoxidable.

9. Ítem 20: a que se refiere cuando menciona CX31 este es el modelo que necesitan? Podemos cotizar microscopio con luz LED.

R=Es el tipo de microscopio que se requiere de especificaciones fijas ideal para aplicaciones de enseñanza y rutina pero puede cotizar microscopio luz LED.

10. Solicitamos se amplie el tiempo de entrega a 120 días calendarios para todos los equipos o aceptarlo para el ítem N° 01 Autoclave material contaminado, debido a que es un equipo grande y requiere instalación, y los demás ítems a 90 días calendarios.

R= Se amplía el plazo de entrega del ítem N° 01 a más tardar 120 días calendarios y para los demás ítems a más tardar 90 días calendarios.

11. El ítem N° 01 autoclave material contaminado requiere servicios de preinstalación, confirmar si habrá visita de sitio, lugar, fecha y hora.

R= al proveedor adjudicado se confirmara visita de lugar fecha y hora.

12. ¿Para los equipos de esta licitación no requerirán que estos cuenten con registro? Tanto en la presentación como a la hora de realizar el visado de la factura para nacionalizar los equipos?

R= el registro no es un limitante para participar, se adjudicaran los ítems solicitados a los oferentes que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas, no sobrepasen el precio base estipulado en el PBC y oferten menor precio, los equipos deberán de ser entregados en el Laboratorio de Juigalpa de Diagnostico Veterinario y de Microbiología de Alimentos, mismo que se ubica en Juigalpa, Departamento de Chontales, Kilometro 143 carretera Managua – Rama, contiguo a ASOGACHO.



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!



Cooperación
Española



UNIÓN EUROPEA

Cabe destacar que se amplía el plazo de recepción de las ofertas hasta el **07/02/2020** de conformidad al Párrafo tercero del Art. 35 Corrección del Pliego de Bases y Condiciones de la Ley 737 "Ley de contrataciones administrativas del sector público, No omito manifestarles que esta **MODIFICACIÓN SUSTANCIAL** se realiza con la finalidad de fomentar, la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de potenciales oferentes.

Lic. Ana Silvia Castro

Responsable de Adquisiciones IPSA

Cc. Expediente