



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional
El Pueblo, Presidente!



Cooperación
Española



Managua 12 de junio del 2019

Estimados

Sres. Potenciales Oferentes

Por este medio notifico respuestas a aclaraciones concernientes a la LICITACION SELECTIVA No. 02/Programa_BOVINOS/INOCUIDAD/IPSA/2019 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA MONITOREO Y VIGILANCIA SANITARIA EN CARNE Y LACTEOS" la cual será financiada en el marco del programa BOVINOS, conforme el siguiente detalle:

Consultas:
1. Formulario de presentación de oferta (especificaciones técnicas) página 55 ítem 20, no se indican cantidades solicitadas.
2. Formulario de presentación de oferta (especificaciones técnicas), página 57 ítem 45, en columna de especificaciones del ítem se menciona "En placa" y en columna de unidad de medida se solicita "frasco de 500g". Favor aclarar presentación requerida.
3. Formulario de presentación de oferta (especificaciones técnicas) página 57 ítem 48, verificar presentación requerida, lo correcto es caja de 1000 unds.
4. Formulario de presentación de oferta (especificaciones técnicas) página 57 ítem 53 indicar capacidad o volumen de las placas de re suspensión.

Respuestas
1. En el ítem 20 Caldo lactosado bilis verde brillante (BGLB) se requiere la cantidad de 1 frasco.
2. En el ítem 45 Violet red bile glucosa agar –VRBA sin MUG se requiere frascos de 500 gramos.
3. Las Bolsas Stomacher 7 por 12 pulgadas con cierre de metal unidad requerida son 10 cajas de 500 unidades para un total de 5000 bolsas o su equivalente en la presentación que tenga el proveedor.
4. Las placas de resuspensión son las que son utilizadas en la técnicas de ELISA , fondo V con capacidad de 300 microlitros ,

No omito manifestarles que esta modificación simple, se realiza con la finalidad de fomentar, la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de potenciales oferentes.


Lic. Ana Silvia Castro
 Responsable de Adquisiciones IPSA
 Cc. Expediente de Adquisición